

# Certificado de Qualidade

## Lápis de Temperatura

### TESTE DE TEMPERATURA

Código Sumig	Especificação Nominal	Tolerância (+/- 1%)	Valor Encontrado	Status
1700.1053	100	99,00 – 101,00	100,00	Aprov.
1700.1049	150	148,50 – 151,50	150,50	Aprov.
1700.1050	200	198,00 – 202,00	199,50	Aprov.
1700.1051	270	267,30 – 272,70	270,00	Aprov.
1700.1052	300	297,00 – 303,00	300,50	Aprov.



Samuel Belmonte

Qualidade